



# Konformitätszertifikat Nr. 116-02918


## Übersetzung

<i>Gegenstand</i>	<b>Medizinalleuchte mit eingebautem HD-TV</b>
<i>Typ</i>	Avisio-LED D65 / Ref. AV/600/LD, Nr. 07161543 Abmessungen (L x B x H) : 1650 mm x 634 mm x 132 mm
<i>Vorschaltgerät</i>	In der Leuchte integriert
<i>Auftraggeber</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Anforderungen</i>	Konformitätszertifikat für CIE Normlichtart D <sub>65</sub> gemäss Norm BSI 950-1:1967.
<i>Bestätigung</i>	Gemäss Messbericht METAS 116-02912 vom 29. April 2016 erfüllt die Medizinalleuchte die Anforderung an die CIE Normlichtart D <sub>65</sub> , definiert in der Norm BSI 950-1:1967.
<i>Datum der Prüfung</i>	27.04.2016

3003 Bern-Wabern, 29. April 2016

Für die Prüfung

Bereich Länge, Optik und Zeit



Beat Imhof



Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter