



Konformitätszertifikat Nr. 116-02938

Übersetzung


<i>Gegenstand</i>	Medizinalleuchte mit eingebautem HD-TV
<i>Type</i>	Avisio-LED D65 / Ref. AV/600/LD, Nr. 07161543 Abmessungen (L x B x H) : 1650 mm x 634 mm x 132 mm
<i>Vorschaltgerät</i>	In der Leuchte integriert
<i>Auftraggeber</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Anforderungen</i>	Konformitätszertifikat gemäss IEC 62471:2006 „Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen“.
<i>Bestätigung</i>	Gemäss Messbericht METAS Nr. 116-02931 vom 24 Mai 2016 wird die Leuchte „Avisio led D65“ der freien Gruppe zugeteilt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass keine photobiologische Gefährdung zu erwarten ist. Eine Schädigung der Retina durch Blaulicht kann daher ausgeschlossen werden.

3003 Bern-Wabern, 24. Mai 2016

Für die Prüfung

Bereich Länge, Optik und Zeit


Beat Imhof


Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter