



Konformitätszertifikat Nr. 116-03111

Übersetzung

<i>Gegenstand</i>	Medizinalleuchte
<i>Typ</i>	CHROM-NT, Serien-Nr. 12160051 / CH/100/NT Abmessungen (L x B x H) : 1537 mm x 635 mm x 110 mm
<i>Vorschaltgerät</i>	In der Leuchte integriert
<i>Auftraggeber</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Anforderungen</i>	Konformität der Farbart zur CIE Normlichtart D ₆₅ gemäss BS 950-1 : 1967.
<i>Bestätigung</i>	Gemäss Messbericht METAS Nr. 116-03110 vom 18. November 2016 erfüllt die Medizinalleuchte CHROM-NT die Anforderungen an die Farbart zur CIE Normlichtart D ₆₅ nach BS 950-1: 1967.
<i>Datum der Prüfung</i>	17.11.2016

3003 Bern-Wabern, 19. Januar 2017

Für die Prüfung


Beat Imhof

Bereich Länge, Optik und Zeit


Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter