



# Konformitätszertifikat Nr. 116-03112

## Übersetzung

<i>Gegenstand</i>	<b>Medizinalleuchte</b>
<i>Typ</i>	CHROM-NT, Serien-Nr. 12160051 / CH/100/NT Abmessungen (L x B x H) : 1537 mm x 635 mm x 110 mm
<i>Vorschaltgerät</i>	In der Leuchte integriert
<i>Auftraggeber</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Anforderungen</i>	Konformität mit der Norm IEC 62471:2006 <i>Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen.</i>
<i>Bestätigung</i>	Gemäss Messbericht METAS Nr. 116-03110 vom 18. November 2016 wird die Leuchte CHROM-NT der <i>freien Gruppe</i> zugeteilt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass keine photobiologische Gefährdung zu erwarten ist. Eine Schädigung der Retina durch Blaulicht kann daher ausgeschlossen werden.
<i>Datum der Prüfung</i>	17.11.2016

3003 Bern-Wabern, 19. Januar 2017

Für die Prüfung

Beat Imhof

Bereich Länge, Optik und Zeit

Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter