



Certificat de conformité No 116-03119

Remplace le certificat de conformité No 116-03018

<i>Objet</i>	Luminaire d'éclairage médical
<i>Type</i>	Ka-Ray, n° de série 10160302 Dimensions (L x l x h) : 595 mm x 595 mm x 85 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Conformité à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967.
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-03010 du 22 août 2016, le luminaire d'éclairage Ka-Ray est conforme à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967
<i>Date de l'examen</i>	16.08.2016

3003 Bern-Wabern, le 18 novembre 2016

Pour l'examen

Beat Imhof

Domaine longueur, optique et temps

Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine