



# Konformitätszertifikat Nr. 116-03260

## Übersetzung

<i>Gegenstand</i>	<b>Medizinalleuchte</b>
<i>Typ</i>	NANO, Serien-Nr. 13160051 / NA/150/LD Abmessungen (L x B x H) : 1280 mm x 416 mm x 54 mm
<i>Vorschaltgerät</i>	In der Leuchte integriert
<i>Auftraggeber</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Anforderungen</i>	Konformität mit der Norm IEC 62471:2006 <i>Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen.</i>
<i>Bestätigung</i>	Gemäss Messbericht METAS Nr. 116-03245 vom 2. März 2017 wird die Leuchte NANO der <i>freien Gruppe</i> zugeteilt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass keine photobiologische Gefährdung zu erwarten ist. Eine Schädigung der Retina durch Blaulicht kann daher ausgeschlossen werden.
<i>Datum der Prüfung</i>	01.03.2017

3003 Bern-Wabern, 2. März 2017

Für die Prüfung

Beat Imhof

Bereich Länge, Optik und Zeit

Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter